

## THÔNG BÁO

### Về việc mời chào giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam  
Bệnh viện Vũng Tàu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Vũng Tàu
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá.  
Lê Thị Thanh Thảo, chức vụ: Thành viên tổ xét báo giá, số điện thoại: 03488 73446, địa chỉ mail: Lethithanhthao3446@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:...
  - Nhận trực tiếp (Gửi qua Bưu điện) tại địa chỉ: Bệnh viện Vũng Tàu, số 27 đường 2 tháng 9, phường 11, Tp. Vũng Tàu.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày... tháng... năm đến trước 17h... ngày....tháng...năm... [ghi rõ ngày, tháng, năm] (2)  
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày ký

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
- Yêu cầu khác:  
Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:
  - + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
  - + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu (Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, giấy phép kinh doanh,...)
  - + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có) hoặc hóa đơn bản chụp đối với mặt hàng báo giá (nếu có)
  - + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (Hồ sơ chứng minh tiêu chuẩn chất lượng, Bảng mô tả các tính năng kỹ thuật ...).

Trân trọng.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Vật tư thiết bị y tế
- Phòng KHTH đăng Website: Mục mời thầu
- Văn Thư gửi SYT đăng Website: Mục mời thầu .



KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lâm Tuấn Tú

CÔNG TY:.....  
ĐỊA CHỈ: .....  
Số ĐIỆN THOẠI:

**BẢNG BÁO GIÁ**  
(Mẫu tham khảo)

Kính gửi: Bệnh viện Vũng Tàu

Địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện Vũng Tàu, số 27 đường 2 tháng 9, phường 11, Tp. Vũng Tàu

Theo Thông báo mời chào giá số ...../ TB-BVVT của Bệnh viện Vũng Tàu, Công ty Chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa (Tên thương mại)	Tính năng kỹ thuật	Xuất xứ	Số lượng (có khả năng cung ứng)	ĐVT	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Tiêu chuẩn chất lượng	Ghi chú	Đơn giá đã bán cho các đơn vị y tế ( Nếu có)	Số hóa đơn đã bán ( nếu có) theo Đơn giá đã bán cho các đơn vị y tế ( Nếu có)
1												
2												
3												

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ...../ ...../ .....đến ngày..... /...../.....

Ngày ..... tháng.....năm .....

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
(Ký tên và đóng dấu)

**DANH MỤC HÀNG HÓA**  
Đính kèm theo Thông báo số 3717/TB-BVVT ngày 07 tháng 12 năm 2023



**Gói 1: Kim châm cứu**

STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
1	Kim châm cứu vô trùng (0,25x25mm; 0,30x25mm; 0,30x30mm; 0,30x40mm)	Hàn Quốc	Gói/ 10 cái	Cái	150,000	ISO 13485	Gồm các kích cỡ: * Đường kính kim 0,25mm, chiều dài thân kim 25mm * Đường kính kim 0,30mm, chiều dài thân kim 25mm * Đường kính kim 0,30mm, chiều dài thân kim 30mm * Đường kính kim 0,30mm; chiều dài thân kim 40mm. Toàn bộ cán kim và thân kim đều được làm bằng chất liệu thép không gỉ dùng trong y tế. Độ bền liên kết giữa cán kim và thân kim trung bình từ 0,9-1,5kgf đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện. Bao bì thay đổi màu để phân biệt đường kính của kim. Túi gồm 10 kim và 1 ống dẫn. Sản phẩm được tiệt trùng bằng tia Gamma.
2	Kim chích máu	Trung Quốc	Hộp/ 100 cái	Cái	90,000	ISO 13485	Kim chích máu cán nhựa, đã được tiệt trùng từng cái.
3	Aiway các số	Trung Quốc	Gói/ 1 cái	Cái	1,000	ISO 13485	Được làm từ polyethylene, được mã hóa màu để dễ nhận biết kích cỡ. Gồm các kích cỡ: số 0 dài 60mm, số 1 dài 70mm, số 2 dài 80mm, số 3 dài 90mm, số 4 dài 100mm.

**Gói 2 : KIM TIÊM INSULIN VÀ CHỈ KHÔNG TAN**

STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
1	Đầu kim cho bút tiêm insulin	Hàn Quốc	Gói/ 1 cái	Cái	38,000	ISO 13485	Có các cỡ: 30Gx6mm, 30Gx8mm, 31Gx4mm, 31Gx6mm, 31Gx8mm. Không độc hại, không gây sốt. Tương thích với hầu hết các mẫu bút insulin. Đã được tiệt trùng bằng khí EO
2	Chỉ không tan đơn sợi 5/0	Ấn Độ	Hộp/ 12 tép	Tép	240	ISO 13485	Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6. Kim làm bằng thép không gỉ AISI 420, 302. Cỡ chỉ số 5/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 16mm.
3	Chỉ không tan 10/0	Việt Nam	Hộp/ 12 tép	Tép	120	ISO 13485	Chỉ không tan số 10/0, chất liệu polyamide, dài 15cm, kim tròn 3/8c, dài 5mm
4	Chỉ không tan tổng hợp 5/0	Việt Nam	Hộp/ 12 tép	Tép	60	ISO 13485	Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp số 5/0, chất liệu polypropylene, dài 90 cm, 2 kim tròn đầu cắt CC 1/2c, dài 16 mm

**GÓI 3: BĂNG THUN 3 MÓC**

STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
1	Đầu kim cho bút tiêm insulin	Hàn Quốc	Gói/ 1 cái	Cái	42,000	ISO 13485	Có các cỡ: 30Gx6mm, 30Gx8mm, 31Gx4mm, 31Gx6mm, 31Gx8mm. Không độc hại, không gây sốt. Tương thích với hầu hết các mẫu bút insulin. Đã được tiệt trùng bằng khí EO
3	Băng thun 3 móc 10cm x 4,5m	Việt Nam	Gói/ 1 cuộn	Cuộn	1,500	ISO 13485	Thành phẩm gồm sợi cotton se tròn hoặc polyester kết hợp với cao su. Độ bền kéo theo chiều dài cuộn $\geq 400$ N, độ giãn dài tại thời điểm lực lớn nhất $\geq 400\%$ . Kích thước chiều ngang 10cm; chiều dài ban đầu 1,8m; chiều dài kéo giãn tối đa $\geq 4,5$ m.

**Gói 4: ĐẦU KIM TIÊM INSULIN VÀ CHỈ CHROMIC**

STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
1	Đầu kim cho bút tiêm insulin	Hàn Quốc	Gói/ 1 cái	Cái	50,000	ISO 13485	Có các cỡ: 30Gx6mm, 30Gx8mm, 31Gx4mm, 31Gx6mm, 31Gx8mm. Không độc hại, không gây sốt. Tương thích với hầu hết các mẫu bút insulin. Đã được tiệt trùng bằng khí EO
2	Chỉ phẫu thuật 4/0 không kim	Việt Nam	Hộp/ 24 tép	Tép	240	ISO 13485	Chỉ tan chậm số 4/0, chất liệu collagen, không kim, dài 150 cm

**GÓI 5: Phim khô laser 20\*25cm**

STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
1	Phim khô laser 20*25cm	Fujifilm/ Nhật Bản	150 tấm/ hộp, 5 hộp/	Tấm	5,550	ISO 9001, ISO 13485, EC, FREESA LE	Thông số kỹ thuật: Kích thước: 20cm x 25cm, Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser, Có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy cam kết đáp ứng hàng hóa của hãng sản xuất Thành phần cấu tạo Polyethylene Terephthalate (Pet): 85-95%; Polymers: 1-10%; Organic Silver: 1-10%; Gelatine: 1-10%; Additives: 0.1-15%; Silver Halides: 0.05-1%; Bao gói: màng nhôm.

**GÓI 6: Phim khô laser 35\*43cm**

STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
-----	--------------	---------	----------	-------------	----------	------------	------------------------------

1	Phim khô laser 35*43cm	Fujifilm/ Nhật Bản	100 tấm/ hộp, 5 hộp/	Tấm	2,400	ISO 9001, ISO 13485, EC, FREESAL E	Thông số kỹ thuật: Kích thước: 35*43cm, Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser, Có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy cam kết đáp ứng hàng hóa của hãng sản xuất Thành phần cấu tạo Polyethylene Terephthalate (Pet): 85-95%; Polymers: 1-10%; Organic Silver: 1-10%; Gelatine: 1-10%; Additives: 0.1-15%; Silver Halides: 0.05-1%; Bao gói: màng nhôm.
---	------------------------	--------------------	----------------------	-----	-------	------------------------------------	---

**GÓI 7: VẬT TƯ NHA KHOA**

STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
1	Mũi khoan kim cương ( mũi khoan mở tủy )	DFS Diamon GmbH - Đức	10 Mũi /Vi	Mũi	600		Vòi dài, thuận lợi tạo hình phễu để đưa vào buồng tủy dễ dàng hơn.
2	Reamer các số	Mỹ	6 Cái /Vi	Vi	150		Reamer (ký hiệu: tam giác) dùng sửa soạn, mở rộng ống tủy Bộ dụng cụ nong dũa ống tủy nổi tiếng Mani, sản phẩm không thể thiếu trong quá trình điều trị nội nha Thép sợi Hard Fiber giúp bề mặt lưỡi cắt sắc bén, bóng loáng và ngăn chặn vết nứt vi kẽ. Độ trơn chính xác, cân cầm chống trượt. Bộ dụng cụ không thể thiếu trong quá trình sửa soạn ống tủy nội nha
3	Ống nhựa dẻo Protect	Việt Nam	100 Cái /Gói	Gói	44		Ống hút phẫu thuật nhựa sử dụng 1 lần. Đầu ống hút nhỏ kích thước tiêu chuẩn phù hợp với hút trong quá trình tiểu phẫu, cấy ghép.. Gắn vừa các đầu hút phẫu thuật trên ghế máy.
4	Fuji 9	Nhật	1 bộ/ Hộp	Hộp	34		Xi măng glass ionomer hóa trùng hợp có khả năng phóng thích fluoride, ngăn ngừa sâu răng , Độ giãn nở tương tự mô răng thật giúp giảm thiểu áp lực lên vùng biên của miếng trám , Độ bền nén và độ bền uốn cao , Chịu độ ẩm tốt , Chỉ định: xoang I; xoang II ít chịu lực, trám tái tạo cùi , Dòng Cement trám Glass Ionomer Cement uy tín trên 20 năm từ GC với nhiều ưu điểm vượt trội , Fuji 9 cho miếng trám có độ bền cao và vững ổn, khít sát xoang trám, hạn chế vi kẽ , Dễ trộn và sử dụng
5	Mũi khoan siêu tốc	SSWhite - Mỹ	10 Mũi /Vi	Mũi	400		Mũi khoan thép SS White được sản xuất từ nguyên liệu cao cấp.Thiết kế và góc cắt sắc bén, hiệu suất mạnh mẽ. Mũi hàn chắc chắn, sản phẩm được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt

6	Lentulo	Mani - Nhật Bản	4 Cái/ Vi	Vi	30	ISO 13485 : 2016	Sản phẩm dùng quay thuốc trám bít ống tủy trong điều trị nội nha. Quay cement gắn chốt/cùi giả, cao su lỏng khi lấy dấu... Được làm bằng thép không gỉ Hard-Firber của hãng Mani có độ đàn hồi, mềm dẻo linh hoạt. Chịu được nhiệt độ hấp khử trùng tái sử dụng mà không bị biến dạng biến tính. Thiết kế phù hợp với kích thước reamer mani: dễ sử dụng, đưa thuốc hiệu quả
---	---------	-----------------	--------------	----	----	------------------------	--

**Gói 8: Găng kiểm tra dùng trong y tế có bột**

STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
1	Găng kiểm tra dùng trong y tế có bột	Merufa; Việt Nam	100 chiếc/ hộp,	Đôi	112,000	TCVN 6343, ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; CE; CFS	Gồm các size: XS, S, M, L, XL. Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên, chưa tiệt trùng, chỉ sử dụng 1 lần và thuận cả 2 tay. Bề mặt nhẵn toàn bộ bên ngoài găng hoặc nhám ngón, có phủ bột, chiều dài 220mm-240mm (theo size)

*Ghi chú: Các hàng hóa trên, thông số kỹ thuật, xuất xứ, tiêu chuẩn chi mang tính chất tham khảo. Quý đơn vị được quyền góp ý nếu nhận thấy thông số kỹ thuật trên chưa đầy đủ hoặc có tính chi định hoặc quý đơn vị có tính năng kỹ thuật tốt hơn, chất lượng tốt hơn quý đơn vị vui lòng góp ý về bệnh viện để bệnh viện hoàn thiện việc xây dựng tính năng kỹ thuật để tiến hành thực hiện đấu thầu sớm nhất. Tùy theo năng lực và khả năng Quý công ty có thể gửi số lượng hàng hóa*