

Số: 1322/TB-BVVT  
V/v mời chào giá hàng hóa

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 12 tháng 6 năm 2024

## THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Vũng Tàu kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp các hàng hoá liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi cung cấp: Danh mục hàng hóa theo thông báo số 1209/TB-BVVT ngày 31/05/2024.

2. Địa điểm nhận: Bệnh viện Vũng Tàu, số 27 đường 2 tháng 9, phường 11, Tp. Vũng Tàu.

3. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: từ 90 đến 120 ngày.

4. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

5. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trong vòng 10 ngày, kể từ ngày thông báo

6. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Văn thư - Bệnh viện Vũng Tàu, số 27 đường 2 tháng 9, phường 11, Tp. Vũng Tàu.

Số điện thoại liên hệ: 091 3183664 – Kỹ sư Trần Phan Anh

Email: phananhbvll@gmail.com

7. Yêu cầu về đơn vị báo giá: Đơn vị báo giá là một trong các tổ chức, cá nhân sau:

- Chủ sở hữu số lưu hành thiết bị y tế;
- Tổ chức, cá nhân được ủy quyền của chủ sở hữu số lưu hành thiết bị y tế;
- Tổ chức, cá nhân đứng tên trên giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế;
- Tổ chức, cá nhân được ủy quyền của tổ chức, cá nhân đứng tên trên giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế

Việc ủy quyền phải tuân thủ quy định của pháp luật về dân sự.

Các báo giá của các đơn vị không phải là các tổ chức, cá nhân nêu trên được xem là không hợp lệ và báo giá sẽ không được xem xét.



8. **Biểu mẫu chào giá:** theo mẫu đính kèm (các báo giá không đúng theo mẫu, không đầy đủ thông tin sẽ không được xem xét)

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có) hoặc hóa đơn giá trị gia tăng hoặc biên bản nghiệm thu đối với mặt hàng báo giá (nếu có)

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có)), hồ sơ chứng minh tiêu chuẩn chất lượng, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế.

*Đơn vị cung cấp báo giá (báo giá từng loại mặt hàng hoặc nhiều loại mặt hàng (theo danh mục đính kèm)) và chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá (Theo nghị định số 24/2024/NĐ-CP)*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng Vật tư thiết bị y tế;
- Phòng KHTH đăng Website: Mục mời thầu;
- Văn Thư gửi SYT đăng Website: Mục mời thầu.
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC** ✓  
  
**Lâm Tuấn Tú**





## DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm thông báo số: 1322/TB-BVVT, ngày 12 tháng 6 năm 2024)

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
I	NỒI HẤP TIỆT TRÙNG	<p><b>+ Đặc điểm kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nồi hấp tiệt trùng điều khiển bằng tay là loại thiết bị bao gồm đầy đủ các tính năng hấp sấy tiệt trùng cho các phòng khám, bệnh viện, phòng phẫu thuật mà không ảnh hưởng đến diện tích hay thiết kế của phòng, chất lượng và độ an toàn cao.</li><li>- Cơ chế hoạt động không lặp lại nên sau khi cài đặt, hệ thống nồi hấp này làm việc hầu như không cần bảo trì bởi vậy sẽ giúp giảm chi phí.</li></ul> <p><b>+ Tính an toàn và những đặc điểm thuận lợi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cách nhiệt và vận hành êm, không gây ồn, thích hợp với mọi môi trường làm việc.</li><li>- Khoang chứa và cửa làm tối thiểu bằng thép không gỉ 316L, đánh bóng.</li><li>- Hệ thống khoá kép an toàn ngăn cửa không cho cửa mở ra khi có áp suất trong khoang chứa.</li><li>- Có khoá áp suất ngăn không cho cửa mở khi trong khoang chứa có áp suất.</li><li>- Có hệ thống cửa bảo vệ ngăn không cho cửa bị mở ra khi áp suất lên cao</li><li>- Có hệ thống tắt tự động an toàn tránh sự quá nhiệt.</li><li>- Bộ phát hiện, tự động tắt khi phát hiện thiếu nước.</li></ul> <p><b>+ Thông số kỹ thuật:</b> Thể tích khoang chứa: 19L</p>	Cái	1	




STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		<p>Công suất Cassette: 2 full/2 half</p> <p>Số lượng khay: 3</p> <p>Kích thước khay (rộng- cao- sâu) mm: 168x 20 x 414</p> <p>Điện áp/ Tần suất: 230V (50/60 Hz)</p> <p>Nguồn điện: 9.6A 2200W</p> <p>Kích thước ngoài (rộng- cao- sâu) mm: 508 x 362 x 550</p> <p>Trọng lượng: 31Kg</p>			
<b>II</b>	<b>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT PHACO</b>		Bộ	1	
1	Vành mi điều chỉnh được.	Vành mi điều chỉnh được bằng tay	Cái	7	
2	Hook (móc snapper) dùng để tách nhân trong phẫu thuật phaco.	Hook dùng để tách nhân trong phẫu thuật phaco. Chiều dài 12cm. chiều dài lưỡi 0.2mm	Cái	7	
3	Dụng cụ tách nhân (splitter và chopper).	Dụng cụ tách nhân (splitter và chopper). Chiều dài 12.0cm.	Cái	7	
4	Kéo có đầu sắc cong lưỡi dài 5mm.	Kéo Vannas có đầu sắc cong lưỡi dài 5mm. Chiều dài 8.2cm	Cái	2	
5	Kéo có đầu sắc thẳng dài 5mm.	Kéo Vannas có đầu sắc thẳng lưỡi dài 5mm. Chiều dài 8.2cm	Cái	7	
6	Forcep xé bao có đầu sắc mỏng dài 11mm.	Forcep xé bao có đầu sắc mỏng chiều dài lưỡi 11mm. Tổng chiều dài 10.0cm	Cái	7	
7	Móc xoay nhân cán tròn đầu cùn	Móc nhân cán tròn đầu cùn có đường kính 0,25mm. Tổng chiều dài 12.0cm.	Cái	7	
8	Dụng cụ đặt IOL mềm có hàm lồi	Dụng cụ đặt IOL mềm có hàm lồi 15mm. Tổng chiều dài 11.0cm	Cái	7	




STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
9	Kim cặp kim có hàm cong.	Kim cặp kim có hàm cong. Tổng chiều dài 13.5cm.	Cái	2	
10	Kim liền dây dùng để rửa và hút cườm	Kim liền dây dùng để rửa và hút cườm dài 15mm công hút có đường kính 0,3mm.	Cái	2	
11	Kim tách nước 30G	Ống 20mm, đầu tít góc đầu 5.0mm	Cái	7	
12	Panh rút chỉ dạng Hoskin	Dạng thẳng, tổng chiều dài 8.5cmmm, ngàm tròn, tít rộng 6mm x 0.5mm	Cái	2	
13	Panh giác mạc castroviejo – colibri	Tổng chiều dài : 10.5cm, 1x2 răng, 45°, đầu tít dài 0.3mm	Cái	7	
14	Canula tưới làm bóng loại 23 gauge	Canula tưới làm bóng loại 23 gauge đầu dạng tròn hình ô liu.	Cái	7	
15	Cán dao số 3 dài 10 cm.	Cán dao số 3 dài 10 cm.	Cái	2	
16	Hộp đựng dụng cụ tiết trùng có miếng lót silicone	Hộp đựng dụng cụ tiết trùng có miếng lót silicone. 170 x 90mm	Cái	7	

Người lập



Trần Phan Anh

Trưởng phòng VT-TBYT



Nguyễn Mạnh Hùng



CÔNG TY:.....  
ĐỊA CHỈ:.....  
SỐ ĐIỆN THOẠI:

### BẢNG BÁO GIÁ

(Đính kèm theo thông báo số /TB-BVVT ngày tháng năm 2024)

Kính gửi: Bệnh Vũng Tàu

Địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện Vũng Tàu, số 27 đường 2 tháng 9, phường 11, Tp. Vũng Tàu

Theo Thông báo mời chào giá số ...../ TB-BVVT ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện Vũng Tàu về việc mời chào giá, Công ty Chúng tôi trân trọng gửi tới quý Bệnh viện bảng báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa (Tên thương mại)	Tính năng kỹ thuật theo yêu cầu	Tính năng kỹ thuật đề xuất	Tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu	Tiêu chuẩn chất lượng đề xuất	Xuất xứ	Số lượng (có khả năng cung ứng)	DVT	Đơn giá đề xuất (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Ghi chú	Đơn giá đã bán cho các đơn vị y tế (Nếu có)	Số hóa đơn đã bán (nếu có) theo Đơn giá đã bán cho các đơn vị y tế (Nếu có)
1														
2														
3														

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ...../...../..... đến ngày...../...../.....

Chúng tôi cam kết:

\* Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

\* Giá trị của các hàng hóa/dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

\* Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

\* Không vi phạm quy định về pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá (Theo nghị định số 24/2024/NĐ-CP)

Các thông tin yêu cầu "nếu có" đơn vị có thể không phải thực hiện nếu không có thông tin, các thông tin còn lại bắt buộc phải thực hiện đầy đủ và chính xác

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
(Ký tên và đóng dấu)

Ngày..... tháng..... năm.....