

THÔNG BÁO
Về việc mời chào giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Vũng Tàu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Vũng Tàu
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá.
Lê Thị Thanh Thảo, chức vụ: Thành viên tổ xét báo giá, số điện thoại: 03488 73446, địa chỉ mail: Lethithanhthao3446@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:...
- Nhận trực tiếp (Gửi qua Bưu điện) tại địa chỉ: Bệnh viện Vũng Tàu, số 27 đường 2 tháng 9, phường 11, Tp. Vũng Tàu.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày... tháng... năm đến trước 17h... ngày...tháng...năm... [ghi rõ ngày, tháng, năm] (2)
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày ký

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
- Yêu cầu khác:
Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:
+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu (Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, giấy phép kinh doanh,...)
+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có) hoặc hóa đơn bản chụp đối với mặt hàng báo giá (nếu có)
+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (Hồ sơ chứng minh tiêu chuẩn chất lượng, Bảng mô tả các tính năng kỹ thuật ...).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Vật tư thiết bị y tế
- Phòng KHTH đăng Website: Mục mời thầu
- Văn Thư gửi SYT đăng Website: Mục mời thầu.



KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lâm Tuấn Tú

CÔNG TY:.....
ĐỊA CHỈ:
Số ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ
(Mẫu tham khảo)

Kính gửi: Bệnh Vũng Tàu

Địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện Vũng Tàu, số 27 đường 2 tháng 9, phường 11, Tp. Vũng Tàu

Theo Thông báo mời chào giá số/ TB-BVVT của Bệnh viện Vũng Tàu, Công ty Chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa (Tên thương mại)	Tính năng kỹ thuật	Xuất xứ	Số lượng (có khả năng cung ứng)	ĐVT	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Tiêu chuẩn chất lượng	Ghi chú	Đơn giá đã bán cho các đơn vị y tế (Nếu có)	Số hóa đơn đã bán (nếu có) theo Đơn giá đã bán cho các đơn vị y tế (Nếu có)
1												
2												
3												

Báo giá này có hiệu lực từ ngày//đến ngày..... /...../.....

Ngày tháng.....năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)

DANH MỤC HÀNG HÓA
Đính kèm theo theo Thông báo số /TB-BVVT ngày tháng năm 2023

GÓI 1: VẬT TƯ LỌC MÁU LIÊN TỤC

STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
1	Bộ dây và màng lọc tách huyết tương cho máy OMNI (OMNISET TPE incl FILTER 0,5)	B. Braun Avitum Italy S.p.A - Ý	4 Bộ/4 Cái/Thùng	Bộ	11	EC,ISO	Bộ dây tách huyết tương OMNIset TPE 0,5m2 bao gồm các bộ phận sau: - Dây động mạch kèm dây dẫn phụ cho truyền heparin, công chọc kim và đầu nhọn; - Dây tĩnh mạch kèm túi chất thải 2 lít để môi dịch, công chọc kim và công tiêm truyền; - Dây dẫn dịch thải kèm công lấy mẫu; - Dây dẫn dịch thay thế kèm túi làm ấm; - Túi dịch thải 7 lít - Filter bảo vệ các công áp lực - Quả lọc tách huyết tương OMNIplasmafilter® 0,5 m2: chất liệu Polyethersulfone, diện tích 0,5m2; thể tích mỗi 50ml, thể tích huyết tương trong khoảng 125ml
2	Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu sử dụng cho máy lọc máu liên tục (OMNIset 1,6 m ²)	B. Braun Avitum Italy S.p.A - Ý	4 Cái/4Bộ/Thùng	Bộ	15	EC,ISO	Một bộ gồm: - Dây dẫn máu động mạch có các dây dẫn phụ để chứa citrate/heparin - Dây dẫn máu tĩnh mạch có dây dẫn phụ chứa can-xi và túi chứa 2lít chất thải dịch môi - Dây dẫn dịch thẩm tách kèm túi làm ấm - Dây dẫn dịch xả, dây dẫn dịch bù - 1 túi xả 7 lít - Quả lọc máu diện tích 1.6m ² - Tiệt trùng bằng Ethylen Oxide
3	Dung Dịch Khử Khuẩn Máy Thận Nhân Tạo (Tricarb C-50)	B. Braun Avitum Italy S.p.A - Ý	5000ML/Can	ML	730,000	EC,ISO	1000 ml chứa 500 gam acid citric khan. Tác dụng: làm sạch, khử Can- xi và khử trùng nhiệt máy chạy thận nhân tạo; diệt vi khuẩn , nấm, lao và virus (bao gồm HBV, HCV và HIV) ở 83 độ C thời gian khử khuẩn 15 phút
4	Bộ dây dẫn dịch bù máy (HDF ON-LINE TUBING)	B. Braun Avitum AG, Đức	50 Cái/50 Bộ/Thùng	Bộ	790	EC,ISO	Phù hợp máy Dialog HDF online, một bộ gồm 1 đầu nối luer, van 1 chiều, tiệt trùng bằng tia ETO
5	Quả lọc dịch thẩm tách siêu sạch (DIACAP ULTRA DF)	B. Braun Avitum Saxonia GmbH, Đức	6 Quả/6 Cái/Thùng	Quả	44	EC,ISO	Màng Polysulfone khả năng hấp thụ cao, có khả năng loại bỏ vi khuẩn và nội độc tố > 106 IU /ml, tuổi thọ màng lọc : 150 lần chạy thận/ khoảng 900 giờ, có tính ổn định cao tương thích với máy Dialog +

GÓI 2: Phim khô laser 20*25cm

STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
1	Phim khô laser 20*25cm	Fujifilm/ Nhật Bản	150 tấm/ hộp, 5 hộp/	Tấm	5,550	Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485, EC, FREESAL E	Thông số kỹ thuật: Kích thước: 20cm x 25cm, Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser, Có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy cam kết đáp ứng hàng hóa của hãng sản xuất Thành phần cấu tạo Polyethylene Terephthalate (Pet): 85-95%; Polymers: 1-10%; Organic Siilver: 1-10%; Gelatine: 1-10%; Additives: 0.1-15%; Silver Halides: 0.05-1%; Bao gói: màng nhôm.

GÓI 3: Phim khô laser 35*43cm

STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
1	Phim khô laser 35*43cm	Fujifilm/ Nhật Bản	100 tấm/ hộp, 5 hộp/	Tấm	2,400	Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485, EC, FREESAL E	Thông số kỹ thuật: Kích thước: 35*43cm, Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser, Có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy cam kết đáp ứng hàng hóa của hãng sản xuất Thành phần cấu tạo Polyethylene Terephthalate (Pet): 85-95%; Polymers: 1-10%; Organic Silver: 1-10%; Gelatine: 1-10%; Additives: 0.1-15%; Silver Halides: 0.05-1%; Bao gói: màng nhôm.

Gói 4: Găng kiểm tra dùng trong y tế

STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
1	Găng kiểm tra dùng trong y tế có bột	Merufa; Việt Nam	100 chiếc/ hộp, 10 hộp/ thùng	Đôi	112,000	TCVN 6343, ISO 9001:2015; ISO 13485:2016 ; CE; CFS	Gồm các size: XS, S, M, L, XL. Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên, chưa tiết trùng, chỉ sử dụng 1 lần và thuận cả 2 tay. Bề mặt nhẵn toàn bộ bên ngoài găng hoặc nhám ngón, có phủ bột, chiều dài 220mm-240mm (theo size)

Gói 5: Kim tiêm insulin

STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
1	Kim tiêm insulin	Hàn Quốc	Hộp/ 100 cái	Cái	53,500		Có các cỡ: 30Gx6mm, 30Gx8mm, 31Gx4mm, 31Gx6mm, 31Gx8mm. Không độc hại, không gây sốt. Tương thích với hầu hết các mẫu bút insulin. Đã được tiết trùng bằng khí EO.

Gói 6 : Kim châm cứu

STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
1	Kim châm cứu vô trùng (0,25x25mm; 0,30x25mm; 0,30x30mm; 0,30x40mm)	Hàn Quốc	Gói/ 10 cái	Cái	178,500	ISO, CE, GMP, CFS	Gồm các kích cỡ: 0,25x25mm; 0,30x25mm; 0,30x30mm; 0,30x40mm. Toàn bộ cán kim và thân kim đều được làm bằng chất liệu thép không rỉ dùng trong y tế. Túi gồm 10 kim và 1 ống dẫn. Sản phẩm được tiệt trùng bằng tia Gamma. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE, GMP, CFS

Ghi chú:

Các hàng hóa trên, thông số kỹ thuật, xuất xứ, tiêu chuẩn chỉ mang tính chất tham khảo. Quý đơn vị được quyền góp ý nếu nhận thấy thông số kỹ thuật trên chưa đầy đủ hoặc có tính chi định hoặc quý đơn vị có tính năng kỹ thuật tốt hơn, chất lượng tốt hơn quý đơn vị vui lòng góp ý về bệnh viện để bệnh viện hoàn thiện việc xây dựng tính năng kỹ thuật để tiến hành thực hiện đấu thầu sớm nhất. Tùy theo năng lực và khả năng Quý công ty có thể gửi số lượng hàng hóa