

THÔNG BÁO
Về việc mời chào giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Vũng Tàu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Vũng Tàu
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá.
Lê Thị Thanh Thảo, chức vụ: Thành viên tổ xét báo giá, số điện thoại: 03488 73446, địa chỉ mail: Lethithanhthao3446@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:...
- Nhận trực tiếp (Gửi qua Bưu điện) tại địa chỉ: Bệnh viện Vũng Tàu, số 27 đường 2 tháng 9, phường 11, Tp. Vũng Tàu.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày... tháng... năm 2024 đến trước 17h... ngày...tháng... năm 2024 [ghi rõ ngày, tháng, năm] (2)
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày ký

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
- Yêu cầu khác:
Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:
+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu (Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, giấy phép kinh doanh,...)
+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có) hoặc hóa đơn bán chụp đối với mặt hàng báo giá (nếu có)
+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (Hồ sơ chứng minh tiêu chuẩn chất lượng, Bảng mô tả các tính năng kỹ thuật ...).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Vật tư thiết bị y tế
- Phòng KHTH đăng Website: Mục mời thầu
- Văn Thư gửi SYT đăng Website: Mục mời thầu .



KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lâm Tuấn Tú

CÔNG TY:.....
ĐỊA CHỈ:
Số ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

(Mẫu tham khảo)

Kính gửi: Bệnh viện Vũng Tàu

Địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện Vũng Tàu, số 27 đường 2 tháng 9, phường 11, Tp. Vũng Tàu

Theo Thông báo mời chào giá số/ TB-BVVT của Bệnh viện Vũng Tàu, Công ty Chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa (Tên thương mại)	Tính năng kỹ thuật	Xuất xứ	Số lượng (có khả năng cung ứng)	ĐVT	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Tiêu chuẩn chất lượng	Ghi chú	Đơn giá đã bán cho các đơn vị y tế (Nếu có)	Số hóa đơn đã bán (nếu có) theo Đơn giá đã bán cho các đơn vị y tế (Nếu có)
1												
2												
3												

Báo giá này có hiệu lực từ ngày/...../..... đến ngày/...../.....

Ngày tháng.....năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)

ĐƠN VỊ Y HỌC VIỆN ĐÀNH MỤC HÀNG HÓA
Đính kèm thông báo số: 460/TB-BVVT ngày 29 tháng 02 năm 2024

Gói 1: Máy đo huyết áp điện tử và bơm tiêm 20ml

STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng*	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
1	Bơm tiêm 20ml	Việt Nam	Túi/ 1 cái	Cái	25,600	ISO	Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tổng có khóa bẻ gãy dễ hủy. Bề mặt gioăng phẳng. Kim làm bằng thép không gỉ, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2.8 x 2.8cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng
2	Bút đánh dấu phẫu thuật vô trùng	Mỹ	Túi/ 1 cái	Cái	40	ISO	Mực Gentian Violet. Được đóng gói vô trùng cùng với thước dài 15cm.
3	Túi trữ khí oxy 1 lít các cỡ	Trung Quốc	Túi/ 1 cái	Cái	30	ISO	Gồm các cỡ 1 lít, 2 lít, 3 lít.
4	Máy đo huyết áp tự động	Nhật Bản	Hộp/ 1 cái	Cái	19	ISO	*Tính năng kỹ thuật: có đèn hướng dẫn quấn vòng bít, báo cử động người trong khi đo, cột báo mức huyết áp, phát hiện nhịp tim bất thường, công nghệ IntelliSense, lưu trữ 90 dữ liệu đo trong bộ nhớ theo ngày và thời gian, chỉ số trung bình của 3 lần đo cuối cùng trong vòng 10 phút, chế độ khách. * Phạm vi đo: áp suất 0 tới 299 mmHg, Phạm vi đo huyết áp: 20 tới 280mmHg, Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp / phút, Độ chính xác: huyết áp: ± 3 mmHg, nhịp tim: ± 5 % kết quả đo, Bộ nhớ: 90 kết quả đo.
5	Bộ đổi điện	Philippines	Hộp/ 1 cái	Cái	20	ISO	Ngõ vào: điện áp AC 100-240V 50Hz 0.12A
6	Gel KY	Turkuaz/ Thổ Nhĩ Kỳ.	1Tub/ 1 Hộp	Tub	30		Gel bôi trơn được sử dụng để dùng trong nội soi. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi. Tuýp 82g - Quy cách: 24 tuýp/hộp - 8 hộp/thùng. Nguồn gốc: Turkuaz – Thổ Nhĩ Kỳ.

Gói 2: Dung dịch làm sạch đa enzyme

STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
1	ANIOSYME SYNERGY 5 (5L)	Pháp	Can/5 lít	Lít	230	ISO 13485, ISO 9001 và ISO 14001	Hỗn hợp 5 enzyme Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase, có thể sử dụng cho máy rửa khử khuẩn. Đạt tiêu chuẩn ISO 11930 (Khả năng kháng khuẩn của sản phẩm) Hiệu quả loại bỏ màng biofilm vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa theo tiêu chuẩn ISO/TS 15883-5 Nồng độ sử dụng: từ 0.1% (máy rửa), pH = 6.8-7.3, Thời gian: từ 5 phút, Phù hợp với mọi chất lượng nước khác nhau.

Ghi chú: Các hàng hóa trên, thông số kỹ thuật, xuất xứ, tiêu chuẩn chỉ mang tính chất tham khảo. Quý đơn vị được quyền góp ý nếu nhận thấy thông số kỹ thuật trên chưa đầy đủ hoặc có tính chỉ định hoặc quý đơn vị có tính năng kỹ thuật tốt hơn, chất lượng tốt hơn quý đơn vị vui lòng góp ý về bệnh viện để bệnh viện hoàn thiện việc xây dựng tính năng kỹ thuật để tiến hành thực hiện đấu thầu sớm nhất. Tùy theo năng lực và khả năng Quý công ty có thể gửi số lượng hàng hóa