

Số: /TB-TTYT

Bà Rịa, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO (LẦN 2)

V/v kính mời các doanh nghiệp, các cá nhân tổ chức cung ứng hàng hóa tham gia chào giá gói thầu mua sắm đột xuất trang thiết bị nha khoa năm 2023 của Trung tâm y tế thành phố Bà Rịa

Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa thông báo quý cơ quan và kính mời các đơn vị có chức năng kinh doanh hợp pháp hợp lệ; các nhà thầu có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham dự gói thầu mua sắm đột xuất trang thiết bị nha khoa năm 2023 của Trung tâm y tế thành phố Bà Rịa (theo danh mục đính kèm):

* Yêu cầu chào giá:

- Giá: Đề nghị chào giá trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế giá trị gia tăng.

- Đồng tiền chào giá, thanh toán: Việt Nam Đồng.

- Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện người có thẩm quyền cơ quan, đơn vị, đóng dấu.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá.

- Bảng chào giá đựng vào phong bì, dán lại và đóng dấu giáp lai của đơn vị chào giá.

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 15 giờ 00 phút ngày 26/04/2023. Sau thời gian trên bản chào giá không có giá trị.

- Địa chỉ gửi bảng chào giá: Phòng văn thư - Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa (số 57, Nguyễn Thanh Đăng, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa).

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế (b/c);
- Ban Giám đốc (đ/b);
- Các đơn vị, công ty (báo giá);
- Các Khoa, Phòng, TYT (đ/b);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Tôn Thất Các

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA ĐỀ NGHỊ MUA ĐỢT XUẤT
(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-TTYT ngày tháng năm 2023 của TTYT TP Bà Rịa)

STT	Tên trang thiết bị	Tiêu chí kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Máy cạo vôi răng từ trường Ultrasonic Magneto	Máy cạo vôi sử dụng nguồn điện : 220V ± 5% ~ 50 / 60Hz 92VA. Tần số hoạt động 25KHz đến 30KHz , công suất 10W đến 30W, Áp lực nước từ 172 – 414 Kpa, có thể điều chỉnh bằng tay hoặc tự động, thiết kế nhỏ gọn không chiếm diện tích. Cây cạo vôi răng Insert thép không rỉ, với thiết kế siêu mỏng giúp dễ dàng trong việc cạo vôi răng dưới nướu, có thể dễ dàng tháo lắp và hấp tiệt trùng	Cái	01	
2	Đèn trám răng quang trùng hợp dùng trong nha khoa	Đèn trám quang trùng hợp, Bước sóng ánh sáng: 400 ~ 500nm. Thời gian trám đặt trước từ 10 đến 60 giây. Cảm biến nhiệt tự động ngắt khi nhiệt độ quá cao. Có cầu chì kép bảo vệ hệ thống. Có khả năng xoay 360 độ	Cái	01	
3	Đầu Tay khoan tốc độ chậm loại khuỷu	Chất liệu thép không gỉ, không phóng thích độc tố, thân thiện môi trường, có lợi cho bệnh nhân. - Đầu khuỷu EC-30BLP (Loại đầu bấm): Đáp ứng tốc độ vòng quay tối đa 30.000 vòng/phút Tỷ lệ truyền động: 1:1 Có thể dễ dàng tháo lắp và hấp tiệt trùng Hoạt động êm ái, bền bỉ, chính xác.		02	
4	Tay khoan tốc độ nhanh	Vật liệu thép không gỉ, không phóng thích độc tố, thân thiện môi trường, có lợi cho bệnh nhân. - Động cơ (Air Motor) ME-20M: tốc độ vòng quay từ 350.000 vòng/phút đến 450.000 vòng/phút. Công suất 20W. Có thể dễ dàng tháo lắp, thay thế bạc đạn và hấp tiệt trùng Hoạt động êm ái, bền bỉ, chính xác.		05	
Cộng khoản: 04 khoản					