

SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN DÂN Y
HUYỆN CÔN ĐÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 18 tháng 12 năm 2023

Số: 398/ TTYT

V/v chào giá

Mua hóa chất - vật tư y tế quý I.2024

Kính gửi: các nhà thầu cung cấp Hóa chất - Vật tư Y tế

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội khóa XIII;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Trung Tâm Y Tế Quân - Dân Y huyện Côn Đảo có nhu cầu nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói Mua Hóa chất - Vật tư y tế quý I/2024. TTYT Quân - Dân y huyện Côn Đảo trân trọng kính mời các nhà thầu cung cấp Hóa chất, Vật tư y tế chào giá với các nội dung sau:

1. Danh mục mời chào giá gồm:

+ GÓI SỐ 1: Vật tư y tế tiêu hao

+ GÓI SỐ 2: Hóa chất - Vật tư hỗ trợ chuẩn đoán

(Chi tiết danh mục tại phụ lục 01 đính kèm)

(chi tiết mẫu danh mục chào giá tại phụ lục 2)

2. Thời gian tham gia chào giá: 18/12/2023 đến ngày hết ngày 28/12/2023, hết thời gian nêu trên tất các thư chào giá gửi đến TTYT Quân - Dân Côn Đảo không có hiệu lực.

3. Hình thức nhận báo giá:

- Địa chỉ Trung tâm Y tế Quân - Dân y Côn Đảo đường Lê Hồng Phong, Khu 5, Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

-Nhận theo địa chỉ mail khoaduocTTYTcondao@gmail.com.

4. Thông tin liên hệ: số điện thoại 0907.994.900 hoặc theo địa chỉ mail khoaduocTTYTcondao@gmail.com.

5. Thư chào giá của các nhà thầu, sẽ là căn cứ để bên mời chào giá, thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu. Bên chào giá đồng ý cho bên mời chào giá được quyền sử dụng hoặc loại bỏ thư chào giá, mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia chào giá.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Lê Công Thọ



PHỤ LỤC 01

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ

(Đính kèm công văn số 398/TTVT ngày 18/12/2023 của Trung Tâm Y Tế Quân Quân Dân huyện Côn Đảo)

I. Yêu cầu chung

- 1. Vật tư mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở về sau.
- 2. Có một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: CE, ISO 9001, ISO 13485, FDA hoặc tương đương.
- 3. Có hồ sơ chứng minh nguồn gốc và kiểm định chất lượng
- 4. Về hạn dùng tính từ thời điểm giao hàng:
 - + Vật tư có hạn dùng > 02 năm: không được ít hơn 12 tháng;
 - + Vật tư có hạn dùng từ 01 đến 02 năm: không được ít hơn 06 tháng;
 - + Vật tư có hạn dùng < 01 năm: không được ít hơn 1/3 hạn dùng ghi trên nhãn hoặc bao bì sản phẩm.

II. Yêu cầu cụ thể

STT	Tên Hàng Hóa	Đặc Tính Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi Chú
GÓI SỐ 1: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO					
1	Bột bó 10cm x 2,7m	- Làm từ bột thạch cao liền gạc (Thạch cao \geq 97%, gạc 100% cotton). Vò là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút	Cuộn	72	
2	Bột bó 15cm x 2,7m	- Làm từ bột thạch cao liền gạc (Thạch cao \geq 97%, gạc 100% cotton). Vò là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút	Cuộn	72	

3	Cồn y tế 70	<p>Thành phần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cồn (70%) vol - Nước cất <p>Công dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sát trùng - Tẩy vết bẩn thông thường - Sử dụng để sát khuẩn tay, dụng cụ trong gia dụng, y tế 	Lít	60	
4	Cồn y tế 90	<p>Thành phần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cồn (90%) vol; - Nước cất; <p>Công dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sát trùng; - Tẩy vết bẩn thông thường; - Sử dụng để sát khuẩn tay, dụng cụ trong gia dụng, y tế. 	Lít	30	
5	Chi Caresorb 0 kim tròn, GT35A40L90	<ul style="list-style-type: none"> - Chi tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) số 0, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm. - Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat 	Tép	24	

6	Chi Caresorb 1.0 kim tròn GT40A40L90	<ul style="list-style-type: none"> - Chi tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn 40mm 1/2 vòng tròn. - Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat 	Tép	36	
7	Chi Chromic 2.0 kim tròn C30A26	<ul style="list-style-type: none"> - Chi tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. - Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. - Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat 	Tép	48	
8	Chi Nylon 2.0 kim tam giác M30E26	<ul style="list-style-type: none"> - Chi không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. - Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. - Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde 	Tép	72	

9	Chỉ nylon 3.0 kim tam giác M20E20	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 20 mm. - Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. - Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde 	Tép	48	
10	Chỉ nylon 4.0 kim tam giác M15E18	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. - Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. - Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde 	Tép	24	
11	Lưỡi dao phẫu thuật tiết trùng số 11,15 (Feather số 11)	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu bằng thép không rỉ, đầu nhọn, thiết kế cân đối, mềm dẻo sắc bén, gắn vào cán dễ dàng. Sử dụng trong phẫu thuật mắt, tai mũi họng, thẩm mỹ; tương thích với cán dao bằng tay. - Đóng gói tiết trùng phương pháp chiếu xạ Gamma từng cái. 	Cái	100	

12	Dây thở oxy 2 nhánh các số (TE,NL)	Làm bằng PVC, đầu mềm, ống 2m	Sợi	100	
13	Dung dịch rửa tay phẫu thuật APM 4	<ul style="list-style-type: none"> - Dung dịch rửa tay diệt khuẩn. - Thành phần: 20% v / v chlorhexidine gluconate IP dung dịch tương đương với 4% w/v chlorhexidine gluconate, Hương liệu, Các chất hoạt động bề mặt không ion. pH trung tính thân thiện với da. - Các chứng nhận: CE, FDA, GLP, GMP, ISO13485, ISO9001, FSC 	Chai	20	
14	Đai xương đòn các số	<ul style="list-style-type: none"> - Chức năng: sử dụng cố định xương đòn trong chấn thương gãy xương đòn, trật khớp cùng đòn - Chất liệu: đệm mút, vải cotton mềm - Cấu tạo: Đai có thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách, Dây đai được thiết kế khóa Velcro (băng nhám dính) - Kích thước: kích cỡ tương ứng số đo vòng ngực - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 	Cái	25	

15	Găng kiểm tra các cỡ	<p>- Sản xuất từ cao su nitrile bằng công nghệ nhúng.</p> <p>- Chiều dài 240mm, độ dày ngón tay nhỏ nhất : 0,08mm, độ dày nhỏ nhất lòng bàn tay : 0,08mm.</p> <p>- Trọng lượng và chiều rộng tương ứng: + Size XS : (4.2±0.2)g/chiếc; (70±10)mm + Size S : (4.6±0.2)g/chiếc; (80±10)mm</p>	Đôi	8.000	
16	Găng phẫu thuật tiệt trùng cỡ 7	<p>Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên chất lượng cao (đã ly tâm loại trừ các yếu tố tạp chất, độc tố, tác nhân gây dị ứng...) tiệt trùng bằng khí EO. Găng loại có phủ bột và không bột, bề mặt nhẵn hoặc nhám</p>	Đôi	2000	
17	Gel siêu âm	<p>Dạng gel bôi ngoài da, dùng hỗ trợ trong quá trình siêu âm</p>	Can	5	

18	Giấy tẩm chất thử (chỉ thị hóa học) dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng hơi nước	<p>* Chỉ thị hóa học hơi nước 1243 được sử dụng để giám sát chất lượng tiệt khuẩn bên trong mỗi gói dụng cụ</p> <p>* Bao gồm một bắc giấy và một viên hóa chất nhạy cảm với hơi nước và nhiệt độ, tất cả được bao bọc trong 1 lớp giấy/màng phim/ lá kim loại.</p> <p>* Công nghệ di chuyển mực in phía trước, viên hóa chất chảy và chuyển thành màu tối sẫm chạy dọc theo bắc giấy.</p> <p>* Dễ đọc kết quả với thiết kế màu sắc sinh động nhìn thấy được qua ô màu xanh lá được đánh dấu "ACCEPT" là đạt hoặc ô màu đỏ được đánh dấu "REJECT" là không đạt.</p> <p>* Mặt sau có màu Trắng / Đỏ: Dễ dàng tìm thấy hơn (ngay cả khi bị lật úp trong khay dụng cụ).</p> <p>* Là chỉ thị tích hợp loại 5 được phân loại theo ISO 11140-1:2014.</p> <p>* Giám sát tất cả 3 biến quan trọng của quá trình tiệt khuẩn: thời gian, nhiệt độ và áp suất (hơi nước).</p> <p>* Hiệu suất tương quan với một chỉ thị sinh học * Sản phẩm không chứa chì.</p> <p>* Khuyến nghị sử dụng bởi AORN 2020 : sử dụng bên trong mỗi gói dụng cụ Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFS,...(hoặc tương đương)</p>	Miếng	500	
19	Băng keo hiển thị màu	<p>* Băng chỉ thị nhiệt 3M™ Comply™ 1322 dùng trong tiệt khuẩn hơi nước với mục đích cố định gói dụng cụ chắc chắn và phân biệt gói dụng cụ đã qua tiệt khuẩn hay chưa* Mực chỉ thị hóa học, được in theo kiểu sọc chéo, không chứa chì nghĩa là không tạo chất thải nguy hại ra môi trường * Lớp keo không chứa cao su, dính chắc phù hợp với nhiều loại vải bọc, giấy gói, bao plastic,...* Lớp nền là loại giấy crepe màu be có thể co giãn giúp giảm thiểu tình trạng băng dính bị “bung ra” trong quá trình tiệt trùng, có thể viết được lên trên hoặc dán nhãn bằng nhãn in sẵn* Các vạch chỉ thị hóa học sẽ hiển thị sự thay đổi màu sắc trực quan từ trắng nhạt / râm nắng sang nâu sẫm / đen khi tiếp xúc với quy trình tiệt trùng bằng hơi nước*</p> <p>Băng chỉ thị nhiệt 3M™ Comply™ 1322 là chỉ thị hóa học tiếp xúc loại 1 theo phân loại của ISO 11140-1:2014.* Sau khi sử dụng, chỉ thị sẽ không thay đổi màu trong vòng 6 tháng khi được bảo quản đúng điều kiện khuyến nghị trong hướng dẫn sử dụng Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFS,...(hoặc tương đương).</p>	Cuộn	2	

20	Kéo cắt chi	- Chất liệu hợp kim không gỉ, thích hợp dùng trong phẫu thuật.	Cái	30	
21	Miếng dán điện cực tim	<p>- Bề mặt kết dính rất chặt chẽ, độ bám dính thích hợp cho da, ngay cả khi da dính tạp chất.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tính dẫn truyền cao. • Với sự giúp đỡ của các bề mặt tiếp xúc rộng giữa gel và da, đường truyền dẫn điện không bị ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài. 	Miếng	300	
22	Kéo thẳng mũi nhọn	Chất liệu hợp kim không gỉ, sắc bén, thích hợp dùng trong phẫu thuật.	Cái	10	

23	Kéo thẳng 1 đầu nhọn, 1 đầu tù 18cm	Chất liệu thép không gỉ, một đầu tù, một đầu nhọn dài 18 cm	Cái	10	
24	Kéo Metzenbaum 16 cm	Chất liệu hợp kim không gỉ, thích hợp dùng trong phẫu thuật.	Cái	10	
25	Nhíp không mẫu	Chất liệu hợp kim không gỉ, thích hợp dùng trong phẫu thuật.	Cái	18	

26	Kelly cong 14cm	Chất liệu thép không gỉ, dài 14 cm, 16cm	Cái	10	
27	Kelly thẳng 14cm	Chất liệu hợp kim không gỉ, thích hợp dùng trong phẫu thuật.	Cái	10	
28	Thử thai nhanh QuickStick	Que thử xét nghiệm định tính hCG (Que thử thai nhanh) dùng để định tính phát hiện hCG trong nước tiểu, hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán thai sớm cho phụ nữ.	Test	80	

29	Ống chống cắn lưỡi (Airway)	<ul style="list-style-type: none"> • Công dụng: duy trì đường thở không bị cản trở trong quá trình gây mê. • Được làm từ Polyethylene không độc hại. • Size có sẵn: <ul style="list-style-type: none"> - Size 0 - 60mm - đen # 50 cái/hộp. - Size 1 - 70mm - trắng # 50 cái/hộp. - Size 2 - 80mm - xanh lá # 50 cái/hộp. - Size 3 - 90mm - vàng # 50 cái/hộp. - Size 4 - 100mm - đỏ # 50 cái/hộp. 	Cái	30	
30	Ống thông tiêu 2 nhánh các số	Làm bằng cao su thiên nhiên trắng silicone, đóng trong gói PE, 2 nhánh	Sợi	150	
31	Que đè lưỡi	<p>Thành phần cấu tạo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng. - Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) 	Hộp	45	

32	Que thử đường huyết (AccuChek)	<p>- Que thử đường huyết này được dùng cho máy đo đường huyết Accu-check Active sử dụng men GDH FAD và chuẩn hóa với máu tĩnh mạch. Các giá trị tham chiếu thu được bằng cách sử dụng phương pháp ID_GCMS, là phương pháp quản lý đo lường chất lượng cao nhất để truy xuất dữ liệu đến tiêu chuẩn chính của NIST. Thời gian đo < 4 giây. Thể tích máu: 0.6uL</p>	Hộp	300	
33	Que thử nước tiểu dùng cho máy phân tích nước tiểu	<p>- Que thử nước tiểu 10 thông số Multistix 10 SG 100 được dùng cho máy phân tích nước tiểu bán tự động Clinitek Status và Clinitek Advantus.</p> <p>- 10 thông số xét nghiệm của que thử nước tiểu Multistix 10SG 100 bao gồm: bilirubin, blood (occult), glucose, ketone (acetoacetic acid), SG, leukocytes, nitrite, pH, protein, urobilinogen.</p>	Hộp	8	
34	Túi đựng máu đơn	<ul style="list-style-type: none"> • Túi máu dùng để thu thập, lưu trữ, truyền và vận chuyển máu. • Kết cấu của túi mềm mại, ống chống xoắn linh hoạt được đóng gói riêng biệt. • Kích cỡ: 250ml; Chung loại bao gồm: túi đơn thích hợp cho việc lấy máu toàn phần cũng như sản xuất chế phẩm máu. • Vật liệu dùng để sản xuất túi máu, dây truyền sản xuất đều được kiểm tra và thực hiện tự động để đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt chất lượng và vệ sinh y tế tiêu chuẩn quốc tế. • Các thông số về an toàn và hạn sử dụng được ghi trên nhãn của từng túi và hộp nhỏ để tiện theo dõi khi sử dụng 	Cái	25	

35	Túi đựng nước tiểu van xả thẳng có dây	<ul style="list-style-type: none"> • Công dụng: Sử dụng hệ thống thoát nước tiểu khép kín. Thích hợp cho việc sử dụng dài hạn và ngắn hạn. • Dung lượng: 2000ml. • Túi có van xả phía dưới, miệng ống 90cm, van không chảy ngược và có van kéo đẩy. • Tiệt trùng: EO. 	Cái	50	
36	Mask bóp bóng Các size	<ul style="list-style-type: none"> • Thân mask được làm từ nhựa PVC không độc hại. • Vành mask chụp được làm từ 100% mũ cao su tự nhiên. • Tuân thủ các tiêu chuẩn biocompatibility, đệm hơi mềm mại đàn hồi, độ kín không khí và ít mùi. Mặt nạ được thiết kế đặc biệt để phù hợp với khuôn mặt của bệnh nhân tạo cảm giác thoải mái. Thiết bị này có thể được sử dụng trong kết nối với các thiết bị y tế như máy gây mê, máy thở, máy oxy, oxy áp suất cao và thiết bị thở khẩn cấp. • Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ trong từng túi. 	Cái	2	
37	Bóng đèn hồng ngoại	<p>Công suất: 100w đến 250w</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn điện: 220V - Tuổi thọ của bóng lên đến 5000h - Cấu tạo: Thân đèn, Dây tóc, Đui đèn, Phần khí trợ bên trong đèn, Lõi Đồng <p>Đèn giúp sưởi ấm, điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe.</p>	Cái	10	
GÓI SỐ 2: GÓI HÓA CHẤT-VẬT TƯ HỖ TRỢ CHUẨN ĐOÁN					

1	Anti A	Đặc tính: Dựa vào phản ứng ngưng kết hồng cầu để xác định nhóm máu. Thuốc thử sẽ gây ra phản ứng ngưng kết trực tiếp đối với hồng cầu mang kháng nguyên A có trong mẫu máu cần xét nghiệm. Xét nghiệm cho kết quả sau 2 phút thực hiện.	Lọ	1	
2	Anti AB	Đặc tính: Định nhóm máu AB. Trên màng hồng cầu có cả kháng nguyên A và B, không có hai kháng thể anti-A và anti-B.	Lọ	1	
3	Anti B	Đặc tính: Dựa vào phản ứng ngưng kết hồng cầu để xác định nhóm máu. Thuốc thử sẽ gây ra phản ứng ngưng kết trực tiếp đối với hồng cầu mang kháng nguyên A và B có trong mẫu máu cần xét nghiệm. Xét nghiệm cho kết quả sau 2 phút thực hiện.	Lọ	1	

4	Anti D	<p>Đặc tính: Dựa vào phản ứng ngưng kết hồng cầu để xác định nhóm máu. Thuốc thử sẽ gây ra phản ứng với hồng cầu mang kháng nguyên D và ngưng kết gián tiếp với hồng cầu phân loại IVD trong giai đoạn kháng globulin của xét nghiệm. Xét nghiệm cho kết quả sau 2 phút thực hiện.</p>	Lọ	1	
5	BioClean NK	<p>Dùng được cho máy Celltac a MEK-6420K Đặc tính: Dung dịch rửa dùng cho máy huyết học, kết hợp với dung dịch pha loãng và dung dịch ly giải cho ra kết quả huyết học Thành phần: Surfactants < 1.1 % Buffers < 1.4 % Stabilizers < 0.7 % Preservatives < 0.7% in ion-free water</p>	Can	2	
6	BioDil NK	<p>Dùng được cho máy Celltac a MEK-6420K Đặc tính: Dung dịch pha loãng dùng cho máy huyết học, kết hợp với dung dịch rửa và dung dịch ly giải cho ra kết quả huyết học Thành phần: Sodium Chloride <1% Buffers <1.8% Stabilizers < 0.6 % Preservatives < 0.8% in ion-free water</p>	thùng	4	

7	GLUCOSE FL	<p>Đặc tính: Chẩn đoán xét nghiệm sinh hoá, đo nồng độ glucose (đường huyết) ở trong máu</p> <p>Thành phần: 1) R1: Đóng gói F400: 4 x 100 ml.</p> <p>Thành phần: phosphate buffer pH 6.50 220 mM, GOD \geq 15000 U/L, POD \geq 500 U/L, 4-AAP 1 mM, phenol 10mM, surfactant.</p>	hộp	1	
8	HIV	<p>Đặc tính: Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Phát hiện các type kháng thể IgG, IgA,... đặc hiệu với HIV-1 và HIV-2 - Độ nhạy: 99.47%, Độ đặc hiệu: 99.87% - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ hợp. - Vạch kết quả Anti-human IgG-Fe Mcab. - Nằm trong khuyến cáo xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia bổ sung 2020 của viện VSDTTW - Bảo quản ở nhiệt độ thường 	Test	50	
9	Syphylis	<p>Phát hiện kháng thể giang mai trong mẫu huyết thanh, huyết tương.</p> <p>Test dạng que</p> <p>Tiêu chuẩn CE</p>	Test	100	

10	Hbsag	<p>Đặc tính :Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương - Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương - Độ nhạy:100%, Độ đặc hiệu: 99.88% - Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp IgG chuột kháng HBsAg-04 - Vạch kết quả IgG chuột kháng HBsAg-B20 - Vạch chứng IgG dê kháng chuột - Bảo quản ở nhiệt độ thường - Ngưỡng phát hiện 1ng/ml 	Test	200	
11	HCV	<p>Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người - Độ nhạy: 100%,Độ đặc hiệu: 100 % - Bảo quản ở nhiệt độ thường 	Test	100	
12	Test Morphin (4 trong 1)	<p>Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu.</p> <p>Ngưỡng phát hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Morphine: 300 ng/ml + Amphetamine: 1000 ng/ml + Methamphetamine: 500 ng/ml + THC: 50 ng/ml <p>Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6%</p> <p>Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C.</p> <p>Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016</p> <p>Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất.</p>	Test	150	

PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ

(Đính kèm công văn số /TTYT ngày /12/2023 của Trung Tâm Y Tế Quân Quân Dân huyện Côn Đảo)

I. Yêu cầu chung

1. Vật tư mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở về sau.
2. Có một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: CE, ISO 9001, ISO 13485, FDA hoặc tương đương.
3. Có hồ sơ chứng minh nguồn gốc và kiểm định chất lượng
4. Về hạn dùng tính từ thời điểm giao hàng:
 - + Vật tư có hạn dùng > 02 năm: không được ít hơn 12 tháng;
 - + Vật tư có hạn dùng từ 01 đến 02 năm: không được ít hơn 06 tháng;
 - + Vật tư có hạn dùng < 01 năm: không được ít hơn 1/3 hạn dùng ghi trên nhãn hoặc bao bì sản phẩm.

II. Yêu cầu cụ thể

STT	Tên Hàng Hóa	Đặc Tính Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi Chú
	GÓI SỐ 1: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO				
1	Bột bó 10cm x 2,7m	- Làm từ bột thạch cao liền gạc (Thạch cao \geq 97%, gạc 100% cotton). Vò là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút	Cuộn	72	
2	Bột bó 15cm x 2,7m	- Làm từ bột thạch cao liền gạc (Thạch cao \geq 97%, gạc 100% cotton). Vò là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút	Cuộn	72	

3	Cồn y tế 70	<p>Thành phần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cồn (70%) vol - Nước cất <p>Công dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sát trùng - Tẩy vết bẩn thông thường - Sử dụng để sát khuẩn tay, dụng cụ trong gia dụng, y tế 	Lít	60	
4	Cồn y tế 90	<p>Thành phần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cồn (90%) vol; - Nước cất; <p>Công dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sát trùng; - Tẩy vết bẩn thông thường; - Sử dụng để sát khuẩn tay, dụng cụ trong gia dụng, y tế. 	Lít	30	
5	Chi Caresorb 0 kim tròn, GT35A40L90	<ul style="list-style-type: none"> - Chi tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) số 0, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm. - Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat 	Tép	24	

PHỤ LỤC 02

MẪU BÁO GIÁ CỦA TTYT QUÂN DÂN Y HUYỆN CÔN ĐẢO

(Đính kèm công văn số 393/TTYT ngày 18 / 12 / 2023 của Trung Tâm Y Tế Quân Dân huyện Côn Đảo)



Tên Công ty:

Địa chỉ/văn phòng/trụ sở chính

Email:

SĐT:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung Tâm Y Tế Quân Dân Y Huyện Côn Đảo

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của TTYT QUÂN DÂN Y HUYỆN CÔN ĐẢO. Công ty.....xin báo giá đến

quý TTYT như sau:

STT	Tên hàng hóa	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	Hãng sản xuất-nước sản xuất	Đơn vị tính	Quy cách	Số lượng	Đơn giá (Bao gồm thuế VAT)	Thành tiền	Mã của bộ y tế
1									
2									
3									
4									
5									
6									
	TỔNG CỘNG								

Số tiền bằng chữ:

Đơn giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại phí, lệ phí nếu có

Báo giá có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày báo giá.

Trân trọng