

## THÔNG BÁO

### Về việc mời chào giá

#### Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Vũng Tàu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng đầu làm lạnh của Magnet máy MRI Achieva 1.5T và mua sắm linh kiện, phụ kiện thay thế dùng cho máy MRI Achieva 1.5T” với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Vũng Tàu

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá.

Trần Phan Anh, số điện thoại: 0913 183664, địa chỉ mail: phananhbvll@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp (Gửi qua Bru điện) tại địa chỉ: Bệnh viện Vũng Tàu, số 27 đường 2 tháng 9, phường 11, Tp. Vũng Tàu.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 07 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 17 tháng 11 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày ký.

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

2. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu (Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, giấy phép kinh doanh,...)

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có) hoặc hóa đơn bản chụp đối với mặt hàng báo giá (nếu có)

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (Hồ sơ chứng minh tiêu chuẩn chất lượng, Bảng mô tả



các tính năng kỹ thuật ...).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Vật tư thiết bị y tế
- Phòng KHTH đăng Website: Mục mời thầu
- Văn Thư gửi SYT đăng Website: Mục mời thầu.



**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lâm Tuấn Tú**





**PHỤ LỤC**

(Đính kèm Thông báo số: 353/TB-BVVT ngày 07 tháng 11 năm 2023)

| STT | Danh mục dịch vụ, hàng hóa  | Mô tả dịch vụ/ Tính năng kỹ thuật  | Đơn vị tính | Số lượng | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ |
|-----|---|--|-------------|----------|----------------------------|---------------------------------|
| 1   | <b>BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG ĐẦU LÀM LẠNH CỦA MAGNET MÁY MRI ACHIEVA 1.5 TESLA:</b>  |  | Lần         | 01       |                            |                                 |
| 1.1 | <b>BẢO TRÌ ĐẦU LÀM LẠNH CỦA MAGNET CHO MÁY MRI CỘNG HƯỞNG TỪ (MODEL: ACHIEVA 1.5T; HÃNG SẢN XUẤT: PHILIPS; XUẤT XỨ: HÀ LAN)</b> | <i>Nội dung công việc:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lắp đặt dụng cụ tháo dỡ Coldhead</li><li>- Xả áp suất Coldhead</li><li>- Gỡ Valve Motor Base ra khỏi Surge Volume Housing</li><li>- Tháo Surge Volume Housing</li><li>- Bảo trì Surge Volume Housing</li><li>- Bảo trì Variable Orifice/ Bonnet Assembly</li><li>- Tháo Valve Motor Base</li><li>- Lắp Valve Motor Base vào lại Valve Motor</li><li>- Tháo Displacer Assembly và làm sạch coldhead cylinder</li><li>- Lắp Displacer Assembly mới</li><li>- Lắp Surge Volume Housing vào lại Magnet</li><li>- Lắp lại Valve Motor Base</li><li>- Đuổi khí, nén lại áp suất cho Coldhead lần 1 bằng khí Helium 99.995%</li><li>- Đưa Coldhead trở lại chế độ làm việc</li><li>- Bảo trì máy nén</li><li>- Gỡ bỏ absorber đã sử dụng</li><li>- Lắp absorber mới vào máy nén</li><li>- Nén áp suất cho máy nén (nếu cần)</li><li>- Xả khí và tiêu hủy absorber đã sử dụng</li></ul> | Gói         | 01       | Bệnh viện Vũng Tàu         | Năm 2023                        |
| 1.2 | <b>PHỤ KIỆN THAY THẾ:</b>   |  |             |          |                            |                                 |




| STT | Danh mục dịch vụ, hàng hóa   | Mô tả dịch vụ/ Tính năng kỹ thuật   | Đơn vị tính | Số lượng | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ |
|-----|--|---|-------------|----------|----------------------------|---------------------------------|
| a   | <b>PHỤ KIỆN CHO ĐẦU LÀM LẠNH MÁY MRI (REPLACEMENT PARTS COLDHEAD)</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mã hàng: 452215022732</li> <li>- Hãng sản xuất: Philips</li> <li>- Xuất xứ: Mỹ</li> </ul> <b>Thông số kỹ thuật:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tương thích với máy MRI sử dụng máy nén HC-8E</li> <li>- Nguồn điện Cold Head: Có hai dây cáp của Cold Head, được kết nối từ máy nén tới RF Filter, và từ RF Filter tới van mô-tơ Cold Head. Dây cáp ở máy nén được gắn cố định. Dòng cấp cho van mô-tơ là 0.63A.</li> <li>- Áp suất làm việc: Cân bằng áp suất tại 20° C (68° F): 1930 - 1965 kPa (280 - 285 psig). Áp suất hoạt động điển hình: Cấp 2135 - 2410 kPa (310 - 350 psig). Hồi 690 - 965 kPa (100 - 140 psig)</li> <li>- Sử dụng khí heli với độ tinh khiết 99,995%</li> </ul> | Bộ          | 01       | Bệnh viện Vũng Tàu         | Năm 2023                        |
| b   | <b>BỘ LỌC KHÍ (ABSORBER ASSEMBLY)</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mã hàng: 452213074033</li> <li>- Hãng sản xuất: Philips</li> <li>- Xuất xứ: Mỹ</li> </ul> <b>Thông số kỹ thuật:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ kiện gắn cho máy nén HC-8E dùng cho máy MRI</li> <li>- Áp lực khi máy nén ở trạng thái động: 310-350 psi</li> <li>- Áp lực khi máy nén ở trạng thái tĩnh: 280-285 psi</li> <li>- Hấp thụ dầu và hơi ẩm còn sót lại trong khí heli sau khi qua bộ tách dầu của máy nén (được thay thế định kỳ theo tiêu chuẩn của hãng)</li> <li>- Sử dụng khí heli với độ tinh khiết 99,995%</li> </ul>   | Bộ          | 01       | Bệnh viện Vũng Tàu         | Năm 2023                        |
| 2   | <b>MUA SẮM LINH KIỆN, PHỤ KIỆN THAY THẾ CHO HỆ THỐNG MÁY CỘNG HƯỞNG TỬ MRI ACHIEVA 1.5 TESLA</b> |   |             |          |                            |                                 |



| STT | Danh mục dịch vụ, hàng hóa | Mô tả dịch vụ/ Tính năng kỹ thuật  | Đơn vị tính | Số lượng | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ |
|-----|----------------------------|--|-------------|----------|----------------------------|---------------------------------|
| 2.1 | Cảm biến áp lực LCC        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ký, mã, nhãn hiệu, model: LCC Pressure sensor</li> <li>- Xuất xứ: Philips/ Đức</li> <li>- Đo áp lực nước làm mát khối GA và GC</li> </ul>   | Cái         | 01       | Bệnh viện Vũng Tàu         | Năm 2023                        |
| 2.2 | Cảm biến nhiệt độ LCC II   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ký, mã, nhãn hiệu, model: LCC II temperature sensor</li> <li>- Xuất xứ: Philips/ Đức</li> <li>- Đo nhiệt độ nước làm mát giải nhiệt cho khối GA và GC</li> </ul>  | Cái         | 01       | Bệnh viện Vũng Tàu         | Năm 2023                        |
| 2.3 | Bình giãn nở LCC II        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ký, mã, nhãn hiệu, model: LCC II expansion vesel 8l</li> <li>- Xuất xứ: Philips/ Đức</li> <li>- Dùng để điều áp suất nước làm mát giải nhiệt cho khối GA và GC.</li> <li>- Áp lực cân bằng duy trì khi hoạt động 1 bar +/- 0.05 bar.</li> </ul> | Bình        | 01       | Bệnh viện Vũng Tàu         | Năm 2023                        |
| 2.4 | Khối khuếch đại RF         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ký, mã, nhãn hiệu, model: Controller Assembly (ACDI 281)</li> <li>- Xuất xứ: Philips/ Trung Quốc</li> </ul>   | Cái         | 01       | Bệnh viện Vũng Tàu         | Năm 2023                        |
| 2.5 | Bộ lọc đầu ra C78x         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ký, mã, nhãn hiệu, model: C78x Output Filter Assy 2</li> </ul>  | Cái         | 01       | Bệnh viện Vũng Tàu         | Năm 2023                        |

**Người lập**



*Trần Phan Anh*

**Trưởng phòng TTBYT**



*Nguyễn Mạnh Hùng*



CÔNG TY:.....  
ĐỊA CHỈ:.....  
SỐ ĐIỆN THOẠI:

**BẢNG BÁO GIÁ**  
(Mẫu tham khảo)

Kính gửi: Bệnh Vũng Tàu  
Địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện Vũng Tàu, số 27 đường 2 tháng 9, phường 11, Tp. Vũng Tàu  
Theo Thông báo mời chào giá số ...../ TB-BVVT của Bệnh viện Vũng Tàu, Công ty Chúng tôi báo giá như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ:

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|-----|------------------|---------------|-------------|----------|---------|------------|
| 1   |                  |               |             |          |         |            |
| 2   |                  |               |             |          |         |            |
|     |                  |               |             |          |         |            |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ... ngày, kể từ ngày .../.../... đến ngày .../.../....

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày ..... tháng.....năm .....

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
(Ký tên và đóng dấu)