

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Vũng Tàu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm khí Helium dùng cho máy MRI Achieva 1.5 Tesla” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Vũng Tàu
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Trần Phan Anh, số điện thoại: 0913 183664, địa chỉ mail: phananhbvll@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp (Gửi qua Bưu điện) tại địa chỉ: Bệnh viện Vũng Tàu, số 27 đường 2 tháng 9, phường 11, Tp. Vũng Tàu.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 07 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 17 tháng 11 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày ký.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
- Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu (Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, giấy phép kinh doanh, ...);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có) hoặc hóa đơn bán chụp đối với mặt hàng báo giá (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (Hồ sơ chứng minh tiêu chuẩn chất lượng, Bảng mô

tả các tính năng kỹ thuật...).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Vật tư thiết bị y tế
- Phòng KHTH đăng Website: Mục mời thầu
- Văn Thư gửi SYT đăng Website: Mục mời thầu.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lâm Tuấn Tú



PHU LUC

(Đính kèm Thông báo số 839/TB-BVVT, ngày 07 tháng 11 năm 2023)

STT	Danh mục	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Helium lỏng	<ul style="list-style-type: none">- Độ tinh khiết: 99.999%- Kích cỡ bình chứa: 2x Dewar 500L- Water: ≤ 1.5 ppm- Neon: ≤ 2 ppm- Hydrogen: ≤ 1 ppm- Carbon Monoxide + Carbon Dioxide: ≤ 0.5 ppm- Oxygen: ≤ 1 ppm- Hydrocarbons as Methane: ≤ 0.5 ppm- Nitrogen + Argon: ≤ 5 ppm	1000	Lít

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2023

Người lập

Trần Phan Anh

Trưởng phòng TTBYT

Nguyễn Mạnh Hùng

CÔNG TY:.....
ĐỊA CHỈ:
SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

(Mẫu tham khảo)

Kính gửi: Bệnh viện Vũng Tàu

Địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện Vũng Tàu, số 27 đường 2 tháng 9, phường 11, Tp. Vũng Tàu

Theo Thông báo mời chào giá số..... / TB-BVVT của Bệnh viện Vũng Tàu, Công ty Chúng tôi báo giá như sau:

1. Báo giá:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Tính năng kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1										
2										
3										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày..... tháng..... năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)